




МІНІСТЕРСТВО
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Серія В

№ 006603



СЕРТИФІКАТ
відповідності засобів вимірювальної техніки
затвердженому типу

№ UA-MI/2-3807-2012

Виданий 12 квітня 2012 р.
Чинний до 16 листопада 2014 р.

Цей сертифікат засвідчує, що ідентифіковані належним чином перетворювачі тиску вимірювальні А..., С..., D..., Е..., F..., I..., M..., N..., O..., P..., S..., U..., W..., HP-2, R-1, код УКТ ЗЕД 9026 20 20 00, які серійно виробляються фірмою WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Німеччина, відповідають затвердженому типу, зареєстрованому в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки за номером У1959-12, а також технічній документації фірми WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Німеччина.

Сертифікат видано виробнику за рішенням Науково-технічної комісії з метрології Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на підставі позитивних результатів державних контрольних випробувань, проведених ННЦ "Інститут метрології" (акт випробувань від 16 листопада 2011 р.).

Виробник зобов'язаний забезпечити відповідність перетворювачів тиску вимірювальних А..., С..., D..., Е..., F..., I..., M..., N..., O..., P..., S..., U..., W..., HP-2, R-1 затвердженому типу та вимогам нормативних документів, зазначених у цьому сертифікаті, з урахуванням терміну гарантії виробника на конкретний зразок засобів вимірювальної техніки.

*Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України – керівник апарату*



В. П. Павленко



МІНІСТЕРСТВО
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Серія А

№ 006531



СЕРТИФІКАТ

затвердження типу засобів вимірювальної техніки

№ UA-MI/1-1597-2012

Виданий 12 квітня 2012 р.

Цей сертифікат, виданий фірмі WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Німеччина, засвідчує, що на підставі позитивних результатів державних контрольних випробувань Міністерством економічного розвитку і торгівлі України затверджений тип засобів вимірювальної техніки "Перетворювачі тиску вимірювальні А..., С..., D..., Е..., F..., I..., M..., N..., O..., P..., S..., U..., W..., HP-2, R-1", який зареєстровано в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки за номером У1959-12.

Контроль метрологічних характеристик перетворювачів тиску вимірювальних А..., С..., D..., Е..., F..., I..., M..., N..., O..., P..., S..., U..., W..., HP-2, R-1 під час випуску з виробництва здійснює метрологічна служба виробника, акредитована національною метрологічною службою Німеччини.

Рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік.

*Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України – керівник апарату*



В. П. Павленко